

OSVEDČENIE O AKREDITÁCII

č. K-156

zo dňa 12.10.2024

Slovenská národná akreditačná služba vydáva podľa § 26 ods. 6 zákona č. 53/2023 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody (ďalej len „zákon o akreditácii“) osvedčenie o akreditácii akreditovanej osobe

Lambda Life a.s.Levočská 3, 851 01 Bratislava
IČO: 35 848 189

Organizačná zložka vykonávajúca činnosť akreditovanej osoby:
Kalibračné laboratórium pre kalibráciu meradiel teploty a otáčok centrifúg

Miesto výkonu činnosti akreditovanej osoby:
Levočská 3, 851 01 Bratislava

Identifikačné číslo akreditovanej osoby: 810/K-156**Oblasť akreditácie:** Kalibračné laboratórium

Kalibračné laboratórium preukázalo spôsobilosť vykonávať akreditovanú činnosť plnením akreditačných požiadaviek normy **ISO/IEC 17025: 2017** na výkon kalibrácie zariadení na generovanie teplotného poľa a generátorov otáčok podľa rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe tohto osvedčenia o akreditácii. Príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť osvedčenia o akreditácii.

Číslo a dátum vydania rozhodnutia o akreditácii: č. 810/11550/2024/1 zo dňa 19.09.2024**Čas platnosti rozhodnutia o akreditácii:**

Rozhodnutie o akreditácii č. 810/11550/2024/1 zo dňa 19.09.2024 platí odo dňa 12.10.2024 a je platné do dňa 12.09.2028.

Platnosť tohto osvedčenia o akreditácii zaniká uplynutím platnosti rozhodnutia o akreditácii, rozhodnutím o zrušení akreditácie podľa § 31 alebo zánikom akreditácie podľa § 32 zákona o akreditácii.


Ing. Štefan Král, PhD.
riaditeľ

Rozsah akreditácie**Akreditovaná osoba:** Lambda Life a.s.

Levočská 3, 851 01 Bratislava

Organizačná zložka vykonávajúca činnosť akreditovanej osoby:

Kalibračné laboratórium pre kalibráciu meradiel teploty a otáčok centrifúg

Miesto výkonu činnosti akreditovanej osoby:

Levočská 3, 851 01 Bratislava

Identifikačné číslo akreditovanej osoby: 810/K-156**Laboratórium s fixným rozsahom akreditácie.**

Položka	Druh meradla, meracieho prostriedku	Meraná veličina	Merací rozsah	Rozšírená neistota U ($k=2$)	Zavedené metódy		Ostatné špecifikácie
					Druh/Princíp	Označenie	
1	Snímače teploty v zariadeniach na generovanie teplotného poľa	Teplota	(-80 až 100)°C	0,5°C	Priame porovnanie s etalónovými teplomerami	PPL-22	Kalibrácia u zákazníka
			(100 až 150)°C	2,0°C			
			(150 až 500)°C	5,0°C			
			(500 až 1000)°C	10,0°C			
2	Generátory otáčok (centrifúgy)	Otáčky, frekvencia mechanického pohybu	(60 až 1000) ot/min	0,7 ot/min	Priame meranie otáčkomerom	PPL-21	Kalibrácia u zákazníka
			(1000 až 10000) ot/min	6,0 ot/min			
			(10000 až 20000) ot/min	10,0 ot/min			

Vysvetlenie skratiek: PPL-Pracovný postup laboratória, ot/min - otáčky za minútu



CERTIFICATE OF ACCREDITATION

No. K-156

dated 12.10.2024

The Slovak National Accreditation Service issues a Certificate of Accreditation to an accredited body pursuant to Section 26 par.6 of Act No. 53/2023 Coll. on Accreditation of Conformity Assessment Bodies (hereinafter referred to as the "Accreditation Act").

Lambda Life a.s.Levočská 3, 851 01 Bratislava
ID Number: 35 848 189**Organizational unit performing the activity of the Accredited Body:**

Calibration laboratory for the calibration of temperature gauges and revolutions of centrifuges

Workplace of the Accredited Body:

Levočská 3, 851 01 Bratislava

Identification number of the Accredited Body: 810/K-156**Area of accreditation: Calibration laboratory**


The calibration laboratory demonstrated its competence to perform the accredited activity fulfilling the accreditation requirements of **ISO 17025: 2017** when performing calibration of equipment for generating the temperature field and generators of revolutions within the scope of accreditation stated in the Annex of this Certificate of Accreditation. The Annex shall form an integral part of the Certificate of Accreditation.

Number and date of issue of the accreditation decision: No. 810/11550/2024/1 dated 19.09.2024

Validity of the accreditation decision:

The accreditation decision No. 810/11550/2024/1 dated 19.09.2024 is valid from 12.10.2024 to 12.09.2028.

The validity of this Accreditation Certificate expires upon the expiry of the accreditation decision, the decision on withdrawal of the accreditation pursuant to Section 31 or the expiry of the accreditation pursuant to Section 32 of the Accreditation Act.


Štefan Král
director